


单一来源论证专家基本情况登记表

项目名称：检验试剂、影像胶片采购项目

预算金额：18.7325 万元

姓名	工作单位	身份证号	技术职称	联系电话
鱼和玉	北大一附院检验科	612701197105050015	副主任医师	18992246759
宗炳荣	榆林市中医院	612721195801211237	主任	13038950905
周晓娟	榆林市卫生监督所	612723196310170036	主任技师	13571220115

单一来源采购方式专业人员论证意见表

<p>项目信息</p>	<p>项目名称：检验试剂、影像胶片采购项目</p>
<p>单一来源采购理由</p>	<p>1、检验科血细胞分析仪如使用非原厂试剂将直接导致检测结果偏差、质控失控、报告不可信。 2、影像科DR、磁共振设备配套激光相机 / 打印系统为加密专用机型，胶片内置识别芯片与打印协议匹配，仅原厂专用胶片可正常识别、打印成像，通用胶片无法使用。 综上特申请与厂家授权代理商进行单一来源采购。</p>
<p>专业人员论证意见</p>	<p>血球分析仪系深圳迈瑞的BC7500NRES，只能用与之相匹配的试剂、质控品、校准品，才能保证检验结果的溯源性，确保检验质量； 激光打印系统为加密专用机型，胶片内置识别芯片与打印机匹配。经相关专家论证，建议采用单一来源采购方式。</p>
<p>专业人员签字</p>	<p> 宋旭荣 日期：2020年4月7日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 宋旭东
	职称: 副主任检验师
	工作单位: 市中医医院(退休)
项目信息	项目名称: 检验试剂、影像胶片采购项目
单一来源采购理由	<p>1、检验科血细胞分析仪如使用非原厂试剂将直接导致检测结果偏差、质控失控、报告不可信。</p> <p>2、影像科DR、磁共振设备配套激光相机 / 打印系统为加密专用机型, 胶片内置识别芯片与打印协议匹配, 仅原厂专用胶片可正常识别、打印成像, 通用胶片无法使用。</p> <p>综上特申请与厂家授权代理商进行单一来源采购。</p>
专业人员论证意见	<p>1. 血球分析仪系深圳迈瑞-迈 Be-7500 NRCS, 只能适用与之相匹配的试剂, 该批试剂标准品才能保证检验结果的溯源性, 确保检验质量因此建议采用单一来源采购方式。</p> <p>2. 激光打印系统为加密专用机型, 胶片中内置识别芯片与打印机匹配。建议采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<p>宋旭东</p> <p>日期: 2026年4月17日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 蔺鸿儒
	职称: 主任医师
	工作单位: 徐州市星之医院
项目信息	项目名称: 检验试剂、影像胶片采购项目
单一来源采购理由	<p>1、检验科血细胞分析仪如使用非原厂试剂将直接导致检测结果偏差、质控失控、报告不可信。</p> <p>2、影像科DR、磁共振设备配套激光相机 / 打印系统为加密专用机型，胶片内置识别芯片与打印协议匹配，仅原厂专用胶片可正常识别、打印成像，通用胶片无法使用。</p> <p>综上特申请与厂家授权代理商进行单一来源采购。</p>
专业人员论证意见	<p>检验科血细胞分析仪及影像科 DR、磁共振设备配套激光相机，为了确保检查准确、安全、可靠及识别的通畅性，建议采用单一来源采购，与原厂配套试剂及影像胶片匹配使用。</p>
专业人员签字	<p>蔺鸿儒</p> <p>日期: 2016 年 4 月 17 日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: <u>鱼永卫</u>
	职称: <u>副主任医师</u>
	工作单位: <u>北大第一医院核医学科</u>
项目信息	项目名称: 检验试剂、影像胶片采购项目
单一来源采购理由	<p>1、检验科血细胞分析仪如使用非原厂试剂将直接导致检测结果偏差、质控失控、报告不可信。</p> <p>2、影像科DR、磁共振设备配套激光相机 / 打印系统为加密专用机型，胶片内置识别芯片与打印协议匹配，仅原厂专用胶片可正常识别、打印成像，通用胶片无法使用。</p> <p>综上特申请与厂家授权代理商进行单一来源采购。</p>
专业人员论证意见	<p>检验科血细胞分析仪、及影像科DR、磁共振配套激光相机均已购买，为了检验检查的准确性、可靠性、稳定性及识别的畅通性，原厂配套试剂、及影像胶片更具准确、可靠、流通。故建议采购均采用单一来源进行采购。</p>
专业人员签字	<p><u>鱼永卫</u> 日期: <u>2026</u>年<u>4</u>月<u>17</u>日</p>