

单一来源论证专家基本情况登记表

项目名称：检验试剂、影像胶片采购项目 预算金额：18.7325 万元

姓名	工作单位	身份证号	技术职称	联系电话
鱼永王	江大附属医院	612701197105050015	副主任医师	18992246759
宋炳荣	榆林市中医院	612721195801211237	科长	13038950905
周阳博	榆林市卫生监督所	612723196310170036	副主任医师	13571220115

单一来源采购方式专业人员论证意见表

项目信息	项目名称：检验试剂、影像胶片采购项目
单一来源采购理由	1、检验科血细胞分析仪如使用非原厂试剂将直接导致检测结果偏差、质控失控、报告不可信。 2、影像科DR、磁共振设备配套激光相机 / 打印系统为加密专用机型，胶片内置识别芯片与打印协议匹配，仅原厂专用胶片可正常识别、打印成像，通用胶片无法使用。 综上特申请与厂家授权代理商进行单一来源采购。
专业人员论证意见	血球分析仪系深圳迈瑞的BC7500NRS，只能用与之相匹配的试剂、质控品、校准品，才能保证检验结果的溯源性，确保检验质量； 激光打印系统为加密专用机型，胶片内置识别芯片与打印机匹配。经相关专家论证，建议采用单一来源采购方式。
专业人员签字	日期：2020年4月7日

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 宋旭东
	职称: 副主任检验师
	工作单位: 市中原医院(退休)
项目信息	项目名称: 检验试剂、影像胶片采购项目
单一来源采购理由	1、检验科血细胞分析仪如使用非原厂试剂将直接导致检测结果偏差、质控失控、报告不可信。 2、影像科DR、磁共振设备配套激光相机 / 打印系统为加密专用机型, 胶片内置识别芯片与打印协议匹配, 仅原厂专用胶片可正常识别、打印成像, 通用胶片无法使用。 综上特申请与厂家授权代理商进行单一来源采购。
专业人员论证意见	1. 血球分析仪系深圳迈瑞-迈 Be-7500 NRCS, 只能适用与之相匹配的试剂, 该批试剂合格品才能保证检验结果的溯源性, 确保检验质量因此建议采用单一来源采购方式。 2. 激光打印系统为加密专用机型, 胶片中内置识别芯片与打印机匹配。建议采用单一来源采购方式。
专业人员签字	宋旭东 日期: 2026年4月17日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名： 蔺 冯 儒
	职称： 主任医师
	工作单位： 徐州市星之医院
项目信息	项目名称： 检验试剂、影像胶片采购项目
单一来源采购理由	1、检验科血细胞分析仪如使用非原厂试剂将直接导致检测结果偏差、质控失控、报告不可信。 2、影像科DR、磁共振设备配套激光相机 / 打印系统为加密专用机型，胶片内置识别芯片与打印协议匹配，仅原厂专用胶片可正常识别、打印成像，通用胶片无法使用。 综上特申请与厂家授权代理商进行单一来源采购。
专业人员论证意见	检验科血细胞分析仪及影像科 DR、磁共振设备配套激光相机均经论证，为了检验、检查准确、安全、可靠及识别的通畅性，建议采用单一来源采购，与原厂配套试剂及影像胶片匹配使用。
专业人员签字	蔺 冯 儒 日期：2016 年 4 月 17 日

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 鱼永卫
	职称: 副主任医师
	工作单位: 北大一附院核医学科
项目信息	项目名称: 检验试剂、影像胶片采购项目
单一来源采购理由	1、检验科血细胞分析仪如使用非原厂试剂将直接导致检测结果偏差、质控失控、报告不可信。 2、影像科DR、磁共振设备配套激光相机 / 打印系统为加密专用机型, 胶片内置识别芯片与打印协议匹配, 仅原厂专用胶片可正常识别、打印成像, 通用胶片无法使用。 综上特申请与厂家授权代理商进行单一来源采购。
专业人员论证意见	检验科血细胞分析仪、及影像科DR、磁共振配套激光相机均已购买, 为了检验检查的准确性、可靠性、稳定性及识别的畅通性, 原厂配套试剂、及影像胶片更具准确、可靠、流畅。故建议采购均采用单一来源进行采购。
专业人员签字	 日期: 2026 年 4 月 17 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App