

单一来源采购专家论证意见汇总表

时间：2026年07月16日

一级预算单位	榆林市第五医院	
使用单位	榆林市第五医院	
项目名称	榆林市第五医院包药机维保服务采购项目	
专家 论证意见	榆林市第五医院包药机机头习头维保服务，该设备为深圳市瑞驰致远科技有限公司生产，其核心硬件即配套的主板及芯片程序均为该公司自主研发，技术专利、功能逻辑仅该公司掌握；配套软件由该公司独立开发，第三方软件不能兼容匹配；设备中的包装模块及各类配套附件均为该公司依据设备特性专序定制，第三方不能提供适配配件；数据接口协议与数据交换逻辑由该公司自主设计，第三方维护易导致数据断层或操作失误，为确保该设备正常、稳定、安全运行，建议该项目单一来源方式采购，由该设备的生产商深圳市瑞驰致远科技有限公司或其授权的单位承担该项目。	
	专家姓名	杨军 杨林 马三

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年07月16日

一级预算单位	榆林市第五医院			
使用单位	榆林市第五医院			
项目名称	榆林市第五医院包药机维保服务采购项目			
专家 论证意见	该院选用设备为深圳市瑞驰致远科技有限公司生产的包药机，拟为其购买维保服务。因该设备的软、硬件、包装模块及其它配件均为该公司自主开发，公司具有独立版权及核心技术控制，为保证设备配件相匹配，保证设备的性能稳定，安全正常使用，建议该项目以单一来源方式采购，由设备生产商深圳市瑞驰致远科技有限公司或其授权单位承接该项目。			
	专家姓名	马三	职称	主任医师
	工作单位	西安市红会医院		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年07月16日

一级预算单位	榆林市第五医院			
使用单位	榆林市第五医院			
项目名称	榆林市第五医院包药机维保服务采购项目			
专家 论证意见	该院拟给现使用的深圳市瑞驰致远科技 有限公司生产的包药机购买维保服务。从该 设备的软件、硬件、包装模块及各套的配件 件去屑定制均为该公司自主研发。该 公司具有独立版权，其他第三方不掌握 其核心技术，零备件供应的及时性及其质 量的可靠性不能保障。维修的技术力量 不及产品生产厂家。为确保该设备正常、稳定 安全运行，建议该项目单一来源方式采购由 设备的生产商深圳市瑞驰致远科技有限公 司或其授权的单位承担该项目。			
	专家姓名	蔡明军	职称	副主任医师
	工作单位	陕西中医药大学		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年07月16日

一级预算单位	榆林市第五医院			
使用单位	榆林市第五医院			
项目名称	榆林市第五医院包药机维保服务采购项目			
专家 论证意见	包药机经所商谈，为包药机售后维保服务，根据该设备的硬件、软件、包药机模块、线路板等类硬件，必须由深圳市瑞致致科技有限公司生产。该公司产品具有自主知识产权，核心技术，同时该公司生产零件、软件由原厂供应，一一对应，为包药机维保服务，安全正常。建议用该公司生产产品：深圳市瑞致致科技有限公司提供原厂技术及维保服务，采购方式单一来源进行。			
	专家姓名	张林	职称	副主任医师
	工作单位	陕西省第一附属医院		